

Заказчик	Филиал АО «Тамбовские коммунальные системы» в городе Тамбове	Группа материалов	
№ опросного листа	35	Код МТР ЕНС РКС	

Наименование МТР: **Тигель фарфоровый низкий № 5**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>Функциональные параметры:</b>		
1.1	Применение	-	для прокаливания осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. д.
1.2	Покрытие	-	глазурь
1.3	Объем	мл	50
1.4	Наибольший наружн. диаметр	мм	55
1.5	Диаметр основания	мм	28
1.6	Толщина стенки	мм	3
1.7	Высота	мм	40-42
1.8	Масса	г	50
1.9	Температура нагрева	град.	до 1200
<b>2</b>	<b>Комплектация</b>	-	
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			

Ф.И.О ответственного:	Титова Л.А.
Должность:	Начальник лаборатории
Телефон/Факс:	(4752) 71-35-31
Электронный адрес:	TitovaLA@tamcomsys.ru
Подпись	