

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Манометр

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Диаметр корпуса	мм	100
1.2	Класс точности		1,5
1.3	Расположение штуцера		радиальное
1.4	Присоединительная резьба		M20x1,5
1.5	Межповерочный интервал	год	1
1.6	Верхний предел измеряемого давления	кгс/см ²	10
1.7	Материал корпуса		сталь
1.8	Степень защиты от влаги и пыли		IP40
1.9	Температура окружающей среды	°C	-50...+60
1.10			
1.11			
1.12			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700700 д.6130
Электронный адрес:	
Подпись:	