

Заказчик	Филиал АО «Тамбовские коммунальные системы» в городе Тамбове	Группа материалов	
№ опросного листа		Код МТР ЕНС РКС	

Наименование МТР: Аквадистиллятор ДЭ-25М или аналог

№ п/п	Наименование параметра(характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Функциональные параметры		
1.1	Производство дистиллированной воды		
1.2	Производительность	дм ³ /ч	25±10%
1.3	Род тока		переменный
1.4	Напряжение	В	380
1.5	Частота питающей сети	Гц	50
1.6	Потребляемая мощность	кВт	15±10%
1.7	Расход воды на охлаждение и питание	дм ³ /ч	350
1.8	Габаритные размеры аквадистиллятора:	мм	
1.8.1	в плане		460*382
1.8.2	высота		685
1.9	Габаритные размеры электрощита:	мм	
1.9.1	в плане		217*169
1.9.2	высота		98
1.10	Масса изделия	кг	22
1.11	Время установления рабочего режима	мин	30
1.12	Коэффициент очистки воды от радионуклидов		3000
2	Комплектация		
2.1	Аквадистиллятор ДЭ-25М	шт	1
2.2	Руководство по эксплуатации	шт	1

Ф.И.О Ответственного:	Титова Л.А.
Должность:	Начальник лаборатории
Телефон/Факс:	(4752) 71-35-31
Электронный адрес:	TitovaLA@tamcomsys.ru
Подпись:	