

Заказчик	АО «Тамбовские коммунальные системы» 392000, Россия, Тамбов, Тулиновская, 5	Группа материалов	
№ опросного листа	2	Код МТР ЕНС РКС	

Наименование МТР: Стерилизатор суховоздушный

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Функциональные параметры:		
1.1	Объем рабочей камеры	дм ³	не менее 80
1.2	Размеры рабочей камеры	мм	не менее 510x340x460
1.3	Максимальная температура	°C	не менее 200
1.4	Габаритные размеры стерилизатора	мм	не менее 830x620x600
1.5	Стерилизация	°C	180
		мин	60
1.6	Наличие системы принудительного охлаждения		обязательно
1.7	Цифровая индикация текущей и заданной температуры		обязательно
1.8	Установка и регулирование температуры режима		обязательно
1.9	Потребляемая мощность, не более	кВт	2,2
1.10	Сеть электропитания	В, Гц	220В, 50Гц
1.11	Автоматический контроль температуры в рабочей камере		обязательно
2	Комплектация		
2.1	Напольная подставка	шт	1
2.2	Паспорт	шт	1

Ф.И.О ответственного:	Титова Л.А.
Должность:	Начальник Испытательной лаборатории
Телефон/Факс:	(4752) 71-35-31
Электронный адрес:	Titova LA@tamcomsys.ru
Подпись:	