

Заказчик	АО «Тамбовские коммунальные системы» 392000, Россия, Тамбов, Тулиновская, 5	Группа материалов	
№ опросного листа	24	Код МТР ЕНС РКС	

Наименование МТР: Шкаф безопасного хранения ЛВЖ

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>Функциональные параметры</b>		
1.1	Материал корпуса		Сталь окрашенная противокислотной эпоксидной краской
1.2	<b>Размер шкафа</b>		
1.3	Ширина	мм	595-610
1.4	Глубина	мм	530-550
1.5	Высота	мм	600-650
1.6	Размер шкафа Ш*Г*В	мм	595*530*600
1.7	<b>Внутренние размеры рабочей зоны</b>		
1.8	Ширина	мм	420 -430
1.9	Глубина	мм	340 -360
1.10	Высота	мм	340-390
1.11	Объем хранения	л	45-50
1.12	Внутренний объем	л	65-70
1.13.	Толщина стали	мм	1,2
1.14	Внутренний корпус	-	Материал, устойчивый к действию коррозионных веществ
2	<b>Комплектация</b>		
2.1	Поддон для сбора разлившейся жидкости с противокислотной защитой	шт.	1
2.2	Плакаты, предупреждающие об опасности наличия возгораемых веществ и запрете курения	шт.	1
2.3	Клемма заземления на случай возникновения электростатического электричества	шт.	1
2.4	Регулируемые ножки для установки шкафа в горизонтальное положение	шт.	4
2.5	Искробезопасные петли	шт.	1
2.6	Предохранительный замок, запирающийся на ключ	шт.	1
2.7	Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию	шт.	1

Ф.И.О ответственного:	Титова Л.А.
Должность:	Начальник лаборатории
Телефон/Факс:	(4752) 71-35-31
Электронный адрес:	TitovaLA@tamcomsys.ru
Подпись:	